



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.  
 SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.  
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. REPSS-LPN-003-2016.- KIT DE REACTIVOS.

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN XIII Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA (REPSS), SITA EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N° 221, COLONIA REFORMA, LOS CC. LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE SUPLENTE; LIC. OLGA FLORES GÓMEZ, SECRETARIA TÉCNICO SUPLENTE; LIC. ALEJANDRO ABAD GARCÍA, VOCAL PROPIETARIO Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, C.P. ISAURO OCTAVIO TORRES GARCÍA, VOCAL PROPIETARIO Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; LIC. PAOLA VILORIA LÓPEZ, VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y C.P. VIRGINIA CHACÓN HERNÁNDEZ, COMISARIO SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; TODOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL REPSS; COMO ÁREA TÉCNICA EL Q. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL REPSS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES** EN LA QUE LOS LICITANTES MANIFIESTARÁN SUS DUDAS SOBRE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONCURSO Y SUS ANEXOS, Y EN EL QUE SE DARÁ CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS REALIZADAS, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° REPSS-LPN-003-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE **KIT DE REACTIVOS**.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTA SUPLENTE, QUIEN PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE SUBCOMITÉ Y AL LICITANTE PRESENTE, DÁNDOLES LA BIENVENIDA.

A CONTINUACIÓN, LA PRESIDENTA SUPLENTE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. OLGA FLORES GÓMEZ, EN LO SUCESIVO SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE, QUIEN DA A CONOCER LAS PRECISIONES REALIZADAS A LAS BASES POR LA EJECUTORA, LAS CUALES DEBERÁN CONSIDERARSE COMO PARTE INTEGRAL DE LAS MISMAS.

A CONTINUACIÓN LOS INTEGRANTES DE ESTE SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, HACEN LAS SIGUIENTES PRECISIONES, MISMAS QUE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

**PRECISIÓN NÚMERO UNO.** SE MODIFICA EL PUNTO XIII. DEL ANEXO UNO, DE LAS BASES:

DICE:

NÚM. DE PUNTOS EN LAS BASES	REQUISITOS
XIII.-	<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA.-</b> EL CONCURSANTE AGREGARÁ EN HOJA MEMBRETADA EL ORIGINAL Y COPIA DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL <b>FORMATO DEL ANEXO VI</b> , CONTENIENDO TODAS SUS ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS, COMO SON: PARTIDA, CLAVE, CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, ETC., PARA QUE CON ELLO SE COMPRUEBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. ESTA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEBERÁ PRESENTARLA DE FORMA <b>IMPRESA Y EN CD EN FORMATO WORD</b> .

DEBE DECIR:

NÚM. DE PUNTOS EN LAS BASES	REQUISITOS
XIII.-	<b>DESCRIPCIÓN TÉCNICA.-</b> EL CONCURSANTE AGREGARÁ EN HOJA MEMBRETADA EL ORIGINAL Y COPIA DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS KIT DE REACTIVOS <b>FORMATO DEL ANEXO VI</b> , CONTENIENDO TODAS SUS ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS, COMO SON: PARTIDA, CLAVE, CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, ETC., PARA QUE CON ELLO SE COMPRUEBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. ESTA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEBERÁ PRESENTARLA DE FORMA <b>IMPRESA Y EN CD EN FORMATO WORD</b> .

ACTO SEGUIDO, LA SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE DA LECTURA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DEL LICITANTE, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, ELABORADAS POR EL ÁREA TÉCNICA DEL REPSS, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES: -----

PREGUNTA LA EMPRESA DENOMINADA **CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, LO SIGUIENTE: -----

**PREGUNTA No. 1.-** PAGINA NO. 16 CORRESPONDIENTE AL NUMERAL XIV.9; DICE: LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE CONCURSO, ESTÁ ABIERTA A TODAS LAS EMPRESAS FÍSICAS Y MORALES CON DOMICILIO FISCAL DE LA MATRIZ O SUCURSAL EN CUALQUIER ENTIDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y QUE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL SEA LA PRESTACIÓN DEL KIT DE REACTIVOS. -----

EL OBJETO SOCIAL DE LAS EMPRESAS NO SON ÚNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DEL KIT DE REACTIVOS POR RAZONES DE ABARCAR UN SIN NÚMERO DE PRODUCTOS EN ACTAS CONSTITUTIVAS SE DESCRIBEN COMO OBJETO SOCIAL, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE EN LA REDACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTÁ IMPLÍCITO QUE CON ESTE OBJETO SOCIAL MI REPRESENTADA CUMPLA CON LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA.** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA No. 2.-** ANEXO 1, ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN, LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA PRESENTADA. B1.-SOBRE UNO: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. CONSTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS: -----

XIII.- **DESCRIPCIÓN TÉCNICA.-** EL CONCURSANTE AGREGARÁ EN HOJA MEMBRETADA EL ORIGINAL Y COPIA DE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL **FORMATO DEL ANEXO VI**, CONTENIENDO TODAS SUS ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS, COMO SON: PARTIDA, CLAVE, CONCEPTO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, ETC., PARA QUE CON ELLO SE COMPRUEBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. ESTA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEBERÁ PRESENTARLA DE FORMA **IMPRESA Y EN CD EN FORMATO WORD**. --- DEBEMOS ENTENDER QUE HAY UN ERROR EN EL SERVICIO QUE ESTÁN SOLICITANDO EN ESTE PUNTO (**SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL**), YA QUE EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ADQUISICIÓN DE **LOS KITS DE REACTIVOS**, FAVOR DE ACLARAR. -----

**RESPUESTA.** REFERIRSE A LA PRECISIÓN NÚMERO UNO, DE LA PRESENTE ACTA. -----

**PREGUNTA No. 3.-** ANEXO VII, CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA PARTIDA 1 (REGIÓN 1) -----

ELECTROLITOS TIPO 1 EN EL PUNTO NO. 5, SOLICITAN COMO VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO 300 MCL. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR QUE UTILICE 100µL PARA EL ANÁLISIS DE SANGRE COMPLETA, SANGRE O SUERO Y 400 µL DE MUESTRA DE ORINA PREVIA DILUCIÓN 1:10 DEL ESPÉCIMEN. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA LA MEJORA TECNOLÓGICA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA No. 4.-** ANEXO VI. PARA LA PARTIDA 1 REGIÓN 1, EXISTEN PRUEBAS CON DEMANDA CERO "0" POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE NO SERÁ NECESARIO OFERTAR EL REACTIVO EN EL EQUIPO PROPUUESTO ¿ES CORRECTA NUESTRA CONSIDERACIÓN? -----

**RESPUESTA.** ES CORRECTO. -----

**PREGUNTA No. 5.-** ANEXO VII, CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA PARTIDA 1 (REGIÓN 1) MICROBIOLOGÍA TIPO 1 SOLICITAN: EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS Y/O LEVADURAS PRESENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS (ESTÉRILES O CONTAMINADAS) DE PACIENTES O AMBIENTALES. -----

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA EQUIPOS AUTOMATIZADOS, CUMPLIENDO CON LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES DE DICHA CEDULA ¿ SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA LA MEJORA TECNOLÓGICA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA No. 6.-** EN LAS CONSIDERACIONES DE LA PARTIDA 1 REGIÓN 1, KITS DE ELECTROLITOS, MENCIONA: SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA DOTACIÓN SUEROS CONTROL PARA EL CONTROL CALIDAD INTERNO A TRES NIVELES: BAJO, NORMAL Y ALTO. -----  
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR EL CUAL REALICE DE MANERA AUTOMÁTICA SU CICLO DE CALIBRACIÓN Y QUE PARA VALIDARLA NECESITE DEL



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. REPSS-LPN-003-2016.- KIT DE REACTIVOS.

CONTROL DE CALIDAD DE 2 NIVELES NORMAL Y ALTA, DE ESTA MANERA SE MEJORARA LA RENTABILIDAD DEL REACTIVO ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA No. 7.-** EN LAS CONSIDERACIONES DE LA PARTIDA 1 REGIÓN 1 KIT DE GASES EN SANGRE, MENCIONA: SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA DOTACIÓN DE CONTROLES, PARA EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO MÍNIMO A TRES NIVELES: ACIDOSIS, ALCALOSIS Y NORMAL. -----

SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTA UN ANALIZADOR EL CUAL REALICE SU CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICAMENTE EN TIEMPO REAL DESPUÉS DE CADA MUESTRA EN 3 CONCENTRACIONES ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

**PREGUNTA No. 8.-** DENTRO DE LAS CONSIDERACIONES PARA LA PARTIDA 1 (REGIÓN 1) SE ENUNCIA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN PROPORCIONAR CONTROLES DE CALIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. ENTENDEMOS QUE SE DEBE CONSIDERAR SOLAMENTE LAS PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA POR TRATARSE DE UN SERVICIO DE TRANSFUSIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA.** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA No. 9.-** DENTRO DE LAS CONSIDERACIONES PARA LA PARTIDA 1 (REGIÓN 1) SE ENUNCIA QUE SE DEBERÁ PROPORCIONAR LOS ANTISUEROS EXTRAS REQUERIDOS POR EL ÁREA USUARIA, COMO SON LECTINA A1, LECTINA H, Y LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: -----

A) EN QUE UNIDADES MÉDICAS SE PROPORCIONARÁ ESTOS ANTISUEROS. -----

**RESPUESTA.-** SERÁN SOLO LAS UNIDADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL KIT 11 DE INMUNOHEMATOLOGIA DESCRITAS EN EL ANEXO VI COMO SON EL HOSPITAL GENERAL DE TUXTEPEC Y EL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA. -----


B) SI DEBEMOS DE CONSIDERAR QUE LOS ANTICUERPOS IRREGULARES SE REFIEREN AL SEMIPANEL QUE PUEDE SER DE 2 O 3 FRASCOS. -----

**RESPUESTA.** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE INFORMA QUE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, CONFORME LO SEÑALAN LAS BASES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **OCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS DIEZ HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA, SITA EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 221, COL. REFORMA, DE ESTA CIUDAD. -----

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL FINAL Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. **CONSTE.** -----


**POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES  
Y SERVICIOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD**


  
LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA SUPLENTE

  
LIC. ÓLGA FLORES GÓMEZ  
SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE


DEMÁS FIRMAS EN LA PÁGINA 4

**VIENE DE LA PÁGINA 3**


  
**LIC. ALEJANDRO ABAD GARCÍA**  
**VOCAL PROPIETARIO Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

  
**C.P. ISAURO OCTAVIO TORRES GARCÍA**  
**VOCAL PROPIETARIO Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS**

  
**LIC. PAOLA VILORIA LÓPEZ**  
**VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO**

  
**C.P. VIRGINIA CHACÓN HERNÁNDEZ**  
**COMISARIO SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**

**ÁREA TÉCNICA**

  
**Q. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA**  
**ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL REPSS**

**LICITANTE**

  
**L.A. FABIOLA MARTÍNEZ VÁSQUEZ**  
**POR CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**