

EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN XIII Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA (REPSS), SITA EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N° 221, COLONIA REFORMA, LOS CC. LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE SUPLENTE; LIC. OLGA FLORES GÓMEZ, SECRETARIA TÉCNICO SUPLENTE; C.P. ISAURO OCTAVIO TORRES GARCÍA, VOCAL PROPIETARIO Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; LIC. PAOLA VILORIA LÓPEZ, VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y C.P. VIRGINIA CHACÓN HERNÁNDEZ, COMISARIO SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; TODOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL REPSS; EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA LA DRA. FABIOLA RUIZ MÉNDEZ, SUBDIRECTORA DE GARANTÍA A BENEFICIARIOS DEL REPSS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES** EN LA QUE LOS LICITANTES MANIFESTARÁN SUS DUDAS SOBRE LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONCURSO Y SUS ANEXOS, Y EN EL QUE SE DARÁ CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS REALIZADAS, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS BASES DE ESTA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° REPSS-LPN-008-2016**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **EQUIPO MÉDICO**.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR LA LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTA SUPLENTE, QUIEN PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE SUBCOMITÉ Y AL LICITANTE PRESENTE, DÁNDOLES LA BIENVENIDA.

A CONTINUACIÓN, LA PRESIDENTA SUPLENTE OTORGA LA PALABRA A LA LIC. OLGA FLORES GÓMEZ, EN LO SUCESIVO SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE, QUIEN DA LECTURA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DEL LICITANTE, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, ELABORADAS POR EL ÁREA TÉCNICA DEL REPSS, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

PREGUNTA LA EMPRESA DENOMINADA **BIOABAST, S.A. DE C.V.**, LO SIGUIENTE: **DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.**

PREGUNTA No. 1.- F.3.1. TIEMPO DE ENTREGA. LA CONVOCANTE REQUIERE QUE EL EQUIPO MÉDICO, LE SEA ENTREGADA DE LA SIGUIENTE MANERA: ENTREGA ÚNICA, EN UN PERIODO DE 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, TENIENDO COMO FECHA LÍMITE EL DÍA 14 DE JULIO DE 2016.

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA DE AL MENOS 45 DÍAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO F.3.1. TIEMPO DE ENTREGA, DE LAS BASES.

DE CARÁCTER TÉCNICO.
PREGUNTA No. 2.- PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE ALTA TEMPERATURA.

DICE: 1.- ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CÁMARA DE MÁXIMO MM 670 X 700 X 986 CON VOLUMEN MÍNIMO DE 462 LITROS CON CÁMARA Y CHAQUETA RECTANGULARES Y NO ELÍPTICA.

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN COTIZAR CON UN +/-5 % DE LAS DIMENSIONES.

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, DEBERÁ RESPETAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO VI. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DE LAS BASES.

PREGUNTA No. 3.- PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (SPO2, ECG, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESIONES INVASIVAS 2)

DICE; 1.2. CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN ALÁMBRICA E INALÁMBRICA A RED DE DATOS Y A CENTRAL DE MONITOREO.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PODRÁ HACERLO DE CUALQUIERA DE LAS DOS FORMAS, SIEMPRE QUE DEMOSTREMOS QUE TIENE LA CAPACIDAD DE CONTAR CON CONEXIÓN

ALÁMBRICA E INALÁMBRICA Y QUE PODREMOS INCLUIR EN LA OFERTA ECONÓMICA CUALQUIERA DE LAS DOS ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA No. 4.- DICE: 1.3. MONITOR DE TECNOLOGÍA MODULAR CON PANTALLA A COLOR LCD DE MATRIZ ACTIVA, O TFT, DE 10.4 PULGADAS. -----

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE REQUIEREN UNA PANTALLA CON TECNOLOGÍA LCD TFT O SUPERIOR ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA No. 5.- DICE: 1.3. MONITOR DE TECNOLOGÍA MODULAR CON PANTALLA A COLOR LCD DE MATRIZ ACTIVA, O TFT, DE 10.4 PULGADAS. -----

PREGUNTA; ENTENDEMOS QUE LOS MÓDULOS CON QUE DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO DEBEN DE TENER RANURA INTERCONSTRUIDA PARA ESTOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ROBO DE LOS MÓDULOS Y NO LLENAR DE ARTILUGIOS Y CABLES AL MONITOR DE SIGNOS VITALES. ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA No. 6.- DICE: 1.8. TODAS LAS FUNCIONES DEBEN SER ACCESADAS DESDE EL MONITOR MEDIANTE TECLAS DE MEMBRANA Y PANTALLA SENSIBLE AL TACTO. -----

PREGUNTA; ENTENDEMOS QUE PODRÁ SER CON SOLO PANTALLA TÁCTIL DEBIDO A QUE ES UN FACTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN TENDENCIA DEBIDO A LOS BENEFICIOS QUE OTORGA, LAS TECLAS DE MEMBRANA SUELEN ROMPERSE Y ADEMÁS DE TENER QUE CAMBIAR TODA LA PIZA SIGNIFICANDO COSTOS DE REPARACIÓN, GENERA CONDICIONES ANTISÉPTICAS QUE DEJARÍAN AL MONITOR FUERA DE SERVICIO, POR ELLO ENTENDEMOS QUE TAMBIÉN SE PODRÁ OFERTAR SOLO COMO PANTALLA TÁCTIL ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA. APEGARSE A BASES, DEBE OFERTAR LO MÍNIMO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA No. 7.- DICE: 1.17. LOS EVENTOS GUARDADOS DESPLIEGAN LA CURVA RELACIONADA AL EVENTO Y DE LOS PARÁMETROS NUMÉRICOS CON LA FECHA Y HORA ASOCIADAS. -----

PREGUNTA; DEBIDO A QUE ESTE ES UN PUNTO QUE SE SUELE PRESENTAR EN FICHAS DE CENTRALES DE MONITOREO, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO COMO CAPACIDAD A FUTURO, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA. APEGARSE A BASES, DEBE OFERTAR LO MÍNIMO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA LA EMPRESA DENOMINADA **INGENIERÍA CLÍNICA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.**, LO SIGUIENTE: -----

PREGUNTA No. 1.- F.3.1. TIEMPO DE ENTREGA. -----

PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA HASTA 45 DÍAS YA QUE PARA LAS PARTIDAS DONDE PARTICIPAREMOS 1,2,3 SON EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y SON CANTIDADES GRANDES ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO F.3.1. TIEMPO DE ENTREGA, DE LAS BASES. -----

PREGUNTA No. 2.- PUNTO; 1.5. CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALA Y ALARMAS. -----

PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON ESTO, DEBIDO A QUE TENER AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALARMAS ES SUMAMENTE RIESGOSO Y MOLESTO, PUES EL USUARIO ES QUIEN DEBE DE DETERMINAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL PACIENTE Y AJUSTAR LOS LÍMITES DE LAS ALARMAS. -----

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES. -----

PREGUNTA No. 3.- PUNTO; 1.11. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR MANUAL Y AUTOMÁTICAMENTE LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE TODOS LOS PARÁMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO: -----

PREGUNTA; SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON ESTO, DEBIDO A QUE TENER AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALARMAS ES SUMAMENTE RIESGOSO Y

MOLESTO, PUES EL USUARIO ES QUIEN DEBE DE DETERMINAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL PACIENTE Y AJUSTAR LOS LÍMITES DE LAS ALARMAS. -----

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO MÍNIMO REQUERIDO EN LAS BASES YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA FAVORECE EL CONTROL DEL ESTADO DEL PACIENTE CON RESPECTO A LOS CAMBIOS QUE PUEDA TENER EN LA MONITORIZACIÓN DE LOS SIGNOS VITALES. -----

PREGUNTA No. 4.- PUNTOS; 1.11.VII. PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA EN PRESIÓN ARTERIAL, ARTERIA PULMONAR, VENTRICULAR DERECHA, VENTRICULAR IZQUIERDA, Y DOS PRESIONES GENÉRICAS. Y 1.11.VIII. PRESIÓN INVASIVA MEDIA EN PRESIÓN VENOSA CENTRAL, INTRACRANEAL, AURICULAR IZQUIERDA, AURICULAR DERECHA, PRESIÓN DE CUÑA PULMONAR Y PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL. -----

PREGUNTA; DEBIDO A QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS SON ESPECÍFICAS DE CADA FABRICANTE Y QUE SOLICITARLO DE ESTA FORMA SOLO CIERRA LA PARTICIPACIÓN COMO ALGUNOS OTROS PUNTOS MÁS DE ESTA FICHA, ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR ESTOS PUNTOS SIEMPRE QUE CUMPLAMOS CON AL MENOS 6 DE LOS RÓTULOS COMO LO SOLICITA LA FICHA DE CUADRO BÁSICO ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA. SE ACEPTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA No. 5.- PUNTO; 1.13. FUNCIÓN DE CURSOR VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS CURVAS DESPLEGADAS. -----

PREGUNTA; DEBDO A QUE ESTE PUNTO NO SE HA ESTABLECIDO EN NINGUNA FICHA DE CUADRO BÁSICO, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS ACLARÉ A QUE SE REFIERE. ---

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO MÍNIMO REQUERIDO EN LAS BASES. -----

PREGUNTA No. 6.- PUNTO; 1.16. FUNCIÓN QUE GUARDA DE FORMA AUTOMÁTICA AL MENOS 16,000 EVENTOS DE ARRITMIAS. -----

PREGUNTA; DEBIDO A QUE NUESTRO EQUIPO GUARDA DE FORMA AUTOMÁTICA LOS EVENTOS QUE SE REQUIERAN GUARDAR DURANTE UN PERIODO DE 96 HORAS, SIN LIMITAR LA CANTIDAD QUE SEAN Y DEBIDO A QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA MUY ESPECÍFICA DE UN FABRICANTE, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR SEGÚN LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES. -----

PREGUNTA No. 7.- PUNTO; 1.23. CRECIMIENTO A FUTURO PARA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO CONTINUO NO INVASIVO. -----

PREGUNTA; ESTA CARACTERÍSTICA NO PERTENECE A CUADRO BÁSICO Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ADEMÁS DE ALGUNAS OTRAS MÁS DE ESTA FICHA SON PERTENECIENTES DEL FABRICANTE NIHON KHODEN, PARA LO CUAL, ANEXO LA EVIDENCIA PERTINENTE EN EL SIGUIENTES LINKS. -----

<http://www.nihonkohden.de/productos/monitorizacion-de-pacientes/monitores-de-cabecera/innovaciones.html?L=2> -----

http://www.nihonkohden.com/products/products_en/type/mon/bsm6000.html -----

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES. -----

PREGUNTA No. 8.- PUNTO; 1.24. CRECIMIENTO A FUTURO DE MEDICIÓN DE EEG DE AL MENOS 8 CANALES. -----

PREGUNTA; ESTA CARACTERÍSTICA NO PERTENECE A CUADRO BÁSICO Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ADEMÁS DE ALGUNAS OTRAS MÁS DE ESTA FICHA SON PERTENECIENTES DEL FABRICANTE NIHON KHODEN, PARA LO CUAL, ANEXO LA EVIDENCIA PERTINENTE EN EL SIGUIENTES LINKS: -----

<http://www.nihonkohden.de/productos/neurologia/eeg.html?L=2> -----

http://www.nihonkohden.com/products/products_en/type/mon/bsm6000.html -----

RESPUESTA. NO SE ACEPTA, DEBE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES. -----

PREGUNTA LA EMPRESA DENOMINADA INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES PALEUI, S.A. DE C.V., LO SIGUIENTE: -----

PREGUNTA No. 1.- ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDA 2 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (SPO2, ECG, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESIONES INVASIVAS 2) LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ESTA DIRIGIDAS A UN FABRICANTE EN ESPECÍFICO, POR LO

QUE SOLICITAMOS SE NOS ACLARE SI ESTA LICITACIÓN ES PARA REGULARIZAR ENTREGAS YA REALIZADAS A COMO HABITUALMENTE LAS REALIZAN O SI SE REFIEREN A UN PROYECTO VIGENTE CON PRESUPUESTO 2016 ¿ES ESTO CORRECTO? -----



RESPUESTA. NO ES CORRECTO, SE REFIERE A UN PROYECTO VIGENTE CON PRESUPUESTO 2016. -----

PREGUNTA No. 2.- ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDA 3 CAMA DE HOSPITALIZACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS ESTA DIRIGIDAS A UN FABRICANTE EN ESPECÍFICO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS ACLARE SI ESTA LICITACIÓN ES PARA REGULARIZAR ENTREGAS YA REALIZADAS A COMO HABITUALMENTE LAS REALIZAN O SI SE REFIEREN A UN PROYECTO VIGENTE CON PRESUPUESTO 2016 ¿ES ESTO CORRECTO? -----

RESPUESTA. NO ES CORRECTO, SE REFIERE A UN PROYECTO VIGENTE CON PRESUPUESTO 2016. -----

A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE INFORMA QUE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **VEINTE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS DIEZ HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA, SITA EN 3ª PRIVADA DE PINOS No. 105, COL. REFORMA, DE ESTA CIUDAD, SIRVIENDO ESTA COMO NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS. -----

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL FINAL Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. **CONSTE.** -----



SEGURO POPULAR

COMISIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. REPSS-LPN-008-2016.- EQUIPO MÉDICO.

VIENE DE LA PÁGINA 4

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ
PRESIDENTA SUPLENTE

LIC. OLGA FLORES GÓMEZ
SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE

C.P. ISAURO OCTAVIO TORRES GARCÍA
VOCAL PROPIETARIO Y REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS

LIC. PAOLA VILORIA LÓPEZ
VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE
LA SECRETARÍA DE TURISMO Y
DESARROLLO ECONÓMICO

C.P. VIRGINIA CHACÓN HERNÁNDEZ
COMISARIO SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ÁREA TÉCNICA

DRA. FABIOLA RUIZ MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE GARANTÍA
A BENEFICIARIOS DEL REPSS

LICITANTE

MARCO ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ
POR IMEDIC, S.A. DE C.V.